

質 疑 回 答

案件番号 病医機－1

案件名 市立病院中央検査室局所排気装置一式の購入

案件場所 宝塚市 小浜4丁目 地内

4月8日分

| No. | 質疑事項 | 回答 |
|-----|--|--|
| 1 | 入札書様式に（注意）として、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を記載するとあるが、「110分の100」と思われます。 | その通りです。 訂正し再掲しました。 |
| 2 | 構成内訳の①ないし④、⑦ないし⑧のサイズについて、変更は可能ですか。 | 幅、奥行きについて変更は不可。高さについては変更可能です。 |
| 2 | 仕様書2構成内訳3-(2)①イ バツフル板によりガスを捕える構造の変更は可能ですか | 同等の性能を保つことを前提とし協議事項とします。 なお、①クについて、風速0.5m/秒とあるのは0.5m/秒以上とします。 |
| 3 | 仕様書2構成内訳3-(2)①エ及び⑦ウ スチール製焼付塗装をSUS304とすることは可能ですか。 | 可能です。 |
| 4 | 仕様書2構成内訳3-(2)⑦イ⑧ア 本体内装はステンレスSUS304となっていますが、変更は可能ですか。 | 同等の性能を保つことを前提とし協議事項とします。 |
| 5 | 仕様書2構成内訳⑦エ 本体にファン用スイッチを有することとなっていますが、常時排気が必要と思われるので一時側排風機と連動させる構造に変更は可能ですか。 | 同等の性能を保つことを前提とし協議事項とします。 |
| 6 | 仕様書2構成内訳3-(2)⑧エ 扉は透明ガラスとなっていますが、塩ビに変更は可能ですか。 | 内部視認が可能であれば塩ビに変更可能です |

4月14日追加分

| No. | 質疑事項 | 回答 |
|-----|---|--|
| 7 | 仕様書2構成内訳⑦エ 本体にファン用スイッチを有することになって いますが、別置盤に変更可能ですか。 | 可能です。 ⑧オも同様とします。 |
| 8 | 仕様書2構成内訳⑦カ 片側開口とありますが、3枚スライドに変更可 のですか。その場合開口部の寸法が変わります。 | 3枚スライドでも可能です。 |
| 9 | 参考仕様のヒーター 8kw は 6kw、4kw とおもわれま す。 | その通りです。 本参考内訳及び仕様書2の構成内 訳の細部については、同等の性能 を保つことを前提とし変更につい て協議事項とします。 |